

Zusammenfassung Labormittelwerte

(gültige Werte entsprechend Rahmenbedingungen)

Labor	AOX	CSB	TOC	TNb	BSB5
Einheit	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
012	420,00	132,00	185,00	138,00	121,00
014			190,00		95,00
018	410,00	120,00	162,00	115,00	128,00
041	451,00		186,00		
062	411,00	132,00			
064					114,00
064A					142,00
066	433,00	128,00	187,00	124,00	141,00
077	376,00	120,00	156,00 E		
080	422,00	135,00	200,00	136,00	118,00
081		137,00	182,00	153,00	115,00
087		123,00		129,00	74,00 E
103		133,00			
110	379,00	126,00	188,00	134,00	113,00
113	435,00	121,00	184,00	136,00	127,00
116	411,00	129,00	185,00		122,00
125	379,00	133,00	173,00	139,00	118,00
134		117,12	166,60	119,20	
144	429,00		184,00		
152	425,00		162,00	135,00	101,00
178	442,00	113,00	192,00	138,00	131,00
182	446,00	131,00	191,00	135,00	122,00
195	412,00	119,00	122,00 E	197,00 E	91,00
197	422,00		169,00	133,00	
200		123,00	187,00		
205	384,00	128,00	190,00	119,00	122,00
207	396,00	127,00	193,00	112,00	114,00
214		136,00			
222	409,00	118,00	169,00	96,50 E	
226	410,00	123,00	192,00	125,00	137,00
243		134,00	193,00	136,00	
249	415,00	128,00	183,00	140,00	140,00
259			200,00	115,00	
261	419,00	117,00	195,00	130,00	120,00
268	425,00		184,00		
279	438,00	122,00	192,00	88,40 E	119,00
281	378,00	125,00	187,00		
285	413,70	124,80	180,20	136,80	96,80
300	329,00 E	133,00	178,00		41,00 E
307	459,00		175,00	132,00	120,00
310	414,00	129,00	190,00	136,00	125,00
311			171,00		
–	--	--	--	--	--
Bewertung	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0
Sollwert	415,60	126,41	183,59	130,64	119,53
Rel.Soll-Stdabw.	5,19 %	5,67 %	7,50 %	10,00 %	14,52 %
unt. Toleranzgr.	372,50	112,13	156,34	105,06	86,18
ob. Toleranzgr.	460,99	141,54	212,95	158,89	158,09
Anzahl Einzelwerte	30	31	36	27	27

Erläuterung der Ausreißertypen

E: Mittelwert außerhalb Tol.-Bereich