

Zusammenfassung Labormittelwerte

(gültige Werte entsprechend Rahmenbedingungen)

Labor	AOX	CSB	TOC	TNb	BSB5
Einheit	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
005	254,00				
012	251,00	105,00	120,00	83,90	88,20
014			131,00		80,50
018	243,00	96,40	88,50	65,90	85,00
031	236,00	114,00 E			115,00 E
059	233,00	102,00	116,00	60,80	68,40
064	235,00	97,80	121,00	70,70	94,90
066	260,00	98,40	122,00	75,00	99,30
069	230,00	104,00	120,00	54,90 E	78,40
081		109,00	111,00	91,00	78,10
087		98,50		80,70	49,00 E
110	211,00	98,50	112,00	78,20	80,50
116	227,00	103,00	110,00		84,00
122	231,00	97,10	91,10	59,80	52,00 E
125	280,00	105,00	101,00	81,80	84,00
134		93,09	101,40	71,90	
144	247,00		114,00		
152	245,00		95,00	82,10	85,50
179	393,00 E	98,30	123,00	89,90	94,50
182	263,00	102,00	122,00	83,30	82,20
185	230,00		124,00	74,00	70,40
195	238,00	92,50	77,70 E	128,00 E	66,30
197	249,00		96,30	81,20	
207	344,00 E	99,60	123,00	69,90	79,20
222	243,00	91,20	100,00	59,10	
226	246,00	100,00	125,00	75,00	95,80
240		100,00	109,00		61,10
249	236,00	97,70	109,00	77,20	93,40
259			131,00	64,50	
261	247,00	95,50	113,00	76,00	83,50
263	255,00	98,00			
268	239,00		117,00		
285	247,00	95,40	114,30	75,60	62,90
297	215,00	93,50	98,00	64,60	
300	217,00	111,00	118,00		36,00 E
307	245,00		106,00	80,10	90,50
310	235,00	104,00	136,00	76,10	83,00
–	--	--	--	--	--
Bewertung	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0	Zu ≤2,0
Sollwert	240,66	99,59	112,48	74,29	80,42
Rel.Soll-Stdabw.	7,77 %	5,67 %	12,19 %	12,41 %	14,52 %
unt. Toleranzgr.	203,72	88,33	85,87	56,43	57,98
ob. Toleranzgr.	280,58	111,50	142,53	94,52	106,37
Anzahl Einzelwerte	31	28	33	28	28
Erläuterung der Ausreißertypen					
E: Mittelwert außerhalb Tol.-Bereich					